




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305
телефон: (011) 202-44-00, телефакс: (011) 21-81-668

На основу члана 22. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), а у вези са Правилником о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, број 118/13 и 86/14) и Правилником о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2S („Службени гласник РС”, број 104/16), поступајући по захтеву SITEL DOO BEOGRAD, Стевана Бракуса 6, директор Дирекције за мере и драгоцене метале издаје

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УВЕРЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У Уверењу о одобрењу типа мерила, број: 393-8/0-01-320 од 20. децембра 2021. године, којим је одобрено мерило службене ознаке типа F-6-226, у пододељку 1.5, слика 2. се мења и изгледа:



Слика 2. Изглед бројила и пример постављања жигова на пломбе

Одељак 2 Прилога се мења и допуњује, тако да сада одељак 2 Прилога изгледа:

2 ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

2.1 Преглед мерила

Преглед и испитивање у сврху оверавања бројила се врши према Прилогу 3: Оверавање бројила, из Правилника о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, бр. 118/13 и 86/14) и Правилника о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2S („Службени гласник РС”, број 104/16).

2.2 Врсте и места стављања жига

Бројила се штите на кућишту бројила, означеним на слици 2, која је предвидео произвођач, и то:

- **при првом оверавању** на бројила се постављају основни жиг, жиг којим је одређен период оверавања и заштитни жигови, који се утискују на пломбе на жицама, које се постављају на завртањ, који спаја поклопац са основном плочом бројила, на начин који је предвидео произвођач (слика 2).

У варијанти, када су у једном кућишту смештене и функција активне и функција реактивне електричне енергије, бројило се штити жигом произвођача или жигом именованог тела, које је извршило оцену усаглашености, утискивањем на две пломбе. На погодном месту на поклопцу кућишта бројила се поставља основни жиг у облику налепнице и жиг у облику налепнице којим је одређен период оверавања.

-**при периодичном и ванредном оверавању** - заштитним жиговима и жигом којим је одређен период оверавања, утискивањем на пломбе.

Број: 393-6/0-01-4301

Датум: 31. децембар 2024.године

 ДИРЕКТОР
Чедомир Белић